



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/1873

z dnia 23 lipca 2026 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ⁽²⁾, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
- (2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.
- (3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.
- (4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.
- (5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

⁽¹⁾ Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>.

⁽²⁾ Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2026 r.

W imieniu Komisji
Gerassimos THOMAS
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów	Klasyfikacja (kod CN)	Uzasadnienie
(1)	(2)	(3)
Artykuł przeznaczony do stosowania w połączeniu z systemami infuzyjnymi, składający się z: — trzech połączonych ze sobą przezroczystych rurek z tworzywa sztucznego, każda o długości około 5 cm i średnicy zewnętrznej około 1,5 mm, łącznika Y, — prostego łącznika Luer Lock z nakrętką obrotową i nasadką ochronną, — dwóch łączników Luer Lock z zintegrowanym zaworem jednokierunkowym, oraz — dwóch zacisków suwakowych. Trzy rurki są połączone ze sobą elementem łączeniowym w kształcie litery Y. Pojedyncza rurka, stanowiąca dolną podstawę litery Y, jest wyposażona w łącznik Luer Lock z nakrętką obrotową i nasadką ochronną, natomiast dwie rurki w górnym rozwidleniu litery Y są wyposażone w zacisk suwakowy i łącznik Luer Lock z zintegrowanym zaworem jednokierunkowym. Długość całkowita artykułu wynosi około 15 cm. Łączniki Luer Lock są używane do łączenia artykułu z innymi rurkami lub urządzeniami (na przykład strzykawkami) w sposób, który zapobiega wyciekowi. Artykuł jest przeznaczony do jednorazowego użytku w placówkach opieki zdrowotnej, opiece domowej, opiece ambulatoryjnej i w transporcie medycznym (na przykład w karetkach pogotowia ratunkowego) w połączeniu z systemami infuzyjnymi do podawania płynów. W tym zastosowaniu rurka stanowiąca dolną podstawę litery Y jest podłączana do portu dostępu pacjenta systemu infuzyjnego za pomocą łącznika Luer Lock. Dwie rurki, każda z łącznikiem Luer Lock w górnym końcu rozwidlenia Y (dopływ), podczas stosowania artykułu umożliwiają jednoczesne podawanie kilku dawek infuzji bez konieczności manipulowania portem dostępu pacjenta systemu infuzyjnego. Zawory jednokierunkowe zapewniają fizyczną barierę (system zamknięty) i chronią przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Dopływ przez rurki można regulować za pomocą zacisków suwakowych przymocowanych do rurek w górnym rozwidleniu litery Y. Artykuł jest przedstawiany w sterylnym, pojedynczym opakowaniu. (Zob. ilustracja) (*)	3917 33 00	Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 8 do działu 39 oraz brzmienie kodów CN 3917 i 3917 33 00. Chociaż artykuł jest przedstawiany w sterylnym opakowaniu i stosowany w systemach infuzyjnych, na podstawie jego obiektywnych cech charakterystycznych nie można zidentyfikować go jako używanego wyłącznie lub głównie w takich systemach. W związku z tym wyklucza się klasyfikację do pozycji 9018 jako część przyrządu medycznego w rozumieniu uwagi 2 do działu 90. Artykuł jest wyrobem złożonym składającym się z różnych składników, a mianowicie a) rurek z tworzywa sztucznego połączonych ze sobą łącznikami z tworzywa sztucznego, b) zacisków i c) zaworów. Artykuł ma więcej cech dodatkowych niż tylko cechy samych zaworów (zobacz również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8481, akapit siódmy). Połączone ze sobą rurki z tworzywa sztucznego z łącznikami odgrywają zasadniczą rolę w zastosowaniu artykułu, którym jest podawanie płynów. Zatem to właśnie ten element nadaje całości jej zasadniczy charakter i jest elementem decydującym o jej klasyfikacji. Wskutek tego wyklucza się klasyfikację do pozycji 8481 jako zawory lub podobną armaturę. Ponieważ rurki z tworzywa sztucznego są połączone łącznikami z tworzywa sztucznego, uznaje się je za rury z tworzywa sztucznego z wyposażeniem. Biorąc pod uwagę ich obiektywne cechy i właściwości, rurki z tworzywa sztucznego połączone łącznikami spełniają warunki pozycji 3917 i wymagania uwagi 8 do działu 39 (zobacz również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego, uwagi ogólne do działu 39 i do pozycji 3917). Zatem artykuł należy klasyfikować do kodu CN 3917 33 00 jako pozostałe rury z tworzyw sztucznych, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, z wyposażeniem.

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.


