

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 808) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Szpital posiada rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę zapewniające co najmniej jej 12-godzinny zapas”;

2) w załączniku nr 1 w:

a) części I w ust. 2 uchyla się pkt 4,

b) części II uchyla się pkt 2,

c) w części X ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku zaopatrywania szpitala ze sterylizatorni zlokalizowanej poza szpitalem należy zapewnić pomieszczenie przeznaczone dla ekspedycji materiału skażonego oraz odbioru materiału sterylnego, jak również pomieszczenie przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji wózków i innych elementów transportowych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

W porozumieniu:

MINISTER ZDROWIA

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. 2012 r. poz. 808) opracowany został na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). Rozporządzenie, którego projekt jest przedmiotem uzasadnienia, zostanie wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Zmiana rozporządzenia podyktowana jest koniecznością zmiany wymagań stawianych pomieszczeniom i urządzeniom podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności. Obecnie obowiązujące rozporządzenie należy dostosować do istniejących, rzeczywistych potrzeb pacjentów i jednostek przy uwzględnieniu właściwości tych jednostek. Należy zauważyć, że obecnie część wymagań została określona na poziomie wyższym lub równym tym z publicznej służby zdrowia, co nie zawsze znajduje uzasadnienie.

Przedstawione w projekcie rozporządzenia propozycje zmian i uzupełnień mają na celu dostosowanie szczegółowych wymogów do posiadanej infrastruktury obiektów, które w znacznej części są obiektami zabytkowymi, określenie wymogów z uwzględnieniem specyfiki więziennej ochrony zdrowia oraz uwzględnienie możliwych do poniesienia przez resort sprawiedliwości nakładów finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego osób pozbawionych wolności.

Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do tych wymagań powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe uzasadnienie propozycji zmian i uzupełnień przedstawia się następująco.

1. Zmiana § 29 ma na celu ograniczenie obowiązku posiadania dwóch źródeł wody tylko do szpitali. Obecnie przepis ten obowiązuje tak szpitale (11 jednostek) jak i ambulatoria z izbą chorych (144 jednostki). Z uwagi na to, że istniejący obowiązek powoduje konieczność wybudowania własnego ujęcia wody dla każdego ambulatorium, co nie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, a jednocześnie tego typu inwestycje byłyby bardzo kosztowe, to wymóg ten należy usunąć. Należy zauważyć, że w przypadku innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą taki wymóg dotyczy również tylko szpitali,

co wynika z § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

2. Podobnie uzasadnić należy propozycję wykreślenia w części I załącznika nr 1 ust. 2 pkt 4, co oznacza rezygnację z konieczności istnienia brudownika w punkcie przyjęć i konsultacji szpitala przeznaczonego dla osób pozbawionych wolności. Funkcjonowanie pomieszczenia tego typu jest merytorycznie uzasadnione jedynie w oddziale szpitalnym. Przepis po nowelizacji będzie zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

3. Ze względu na specyfikę szpitala przeznaczonego dla osób pozbawionych wolności niezasadnym jest wymaganie by w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodził punkt pielęgniarki z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim. W tego typu jednostkach nie istnieje ruch osób postronnych, zaś chorzy przebywają zamknięci w celach. Mając to na uwadze proponuje się uchylenie pkt 2 części II załącznika nr 1.

4. W części X załącznika nr 1 odstąpiono od konieczności wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego do mycia oraz dezynfekcji wózków i innych elementów transportowych w kosztowną myjnię-dezynfektor. Należy zaznaczyć, że nowe brzmienie nie zwalnia szpitali więziennych z obowiązku posiadania pomieszczenia przeznaczonego do mycia oraz dezynfekcji wózków i innych elementów transportowych, a jedynie likwiduje obowiązek posiadania urządzenia do automatycznego wykonywania tych czynności.

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projektowana ustawa nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.