

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2006 r.

w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego¹⁾

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1689 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia;
- 2) wzory tablic informacyjnych do oznakowania wejść do pracowni, wzór tablicy informacyjnej do oznakowania miejsca przechowywania źródeł promieniotwórczych;
- 3) podział pracowni izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi na klasy i kryteria tego podziału;
- 4) wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, stosowanymi poza pracowniami, o których mowa w pkt 1;
- 5) sposób prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych, częstotliwość tej kontroli i sposób dokumentowania jej wyników;
- 6) wzory kart ewidencyjnych do prowadzenia ewidencji źródeł promieniotwórczych, okres przechowywania tych kart i innych dokumentów ewidencji;
- 7) dokumenty ewidencji, których kopie stanowią podstawę wpisu do rejestru źródeł wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana działalność związana z narażeniem, oraz innych zamkniętych źródeł promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostkach organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła;
- 8) częstotliwość przekazywania kopii dokumentów ewidencji Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki, a także okres przechowywania przez niego tych kopii.

¹⁾ Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 15, t. 7, str. 694)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378)

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- 1) akcelerator - urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące w wyniku przyspieszania cząstek naładowanych, w szczególności: przyspieszacz liniowy, betatron, cyklotron, generator neutronów;
- 2) aparat rentgenowski - aparat lub zestaw składający się z urządzeń przeznaczonych do wytwarzania i wykorzystywania promieniowania rentgenowskiego, w którym źródłem promieniowania jonizującego jest lampa rentgenowska;
- 3) grupy izotopów - grupy, na które dzieli się izotopy promieniotwórcze w zależności od wartości skutecznej dawki obciążającej dla pracowników przy jednostkowym wniknięciu izotopu do organizmu drogą oddechową;
- 4) otwarte źródło promieniotwórcze - źródło promieniotwórcze nie będące zamkniętym źródłem promieniotwórczym;
- 5) pomieszczenie do napromieniania - pomieszczenie, w którym w celu napromieniania jest wyprowadzana wiązka promieniowania z zainstalowanego akceleratora, aparatu rentgenowskiego lub urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze, oraz pomieszczenie, w którym w celu napromieniania jest wyprowadzane źródło promieniotwórcze z urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze;
- 6) pomieszczenie terapeutyczne - pomieszczenie do napromieniania, w którym wyprowadzana wiązka promieniowania lub wyprowadzane źródło promieniotwórcze są wykorzystywane do prowadzenia leczenia promieniowaniem jonizującym;
- 7) pracownia - pracownię rentgenowską, pracownię akceleratorową i pracownię izotopową;
- 8) pracownia akceleratorowa - zespół pomieszczeń z zainstalowanym akceleratorem, w skład których wchodzi co najmniej jedno pomieszczenie do napromieniania;
- 9) pracownia izotopowa - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych do pracy z otwartymi lub zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi oraz urządzeniami zawierającymi zamknięte źródła promieniotwórcze;
- 10) pracownia rentgenowska - pomieszczenie przeznaczone do pracy z aparatem rentgenowskim lub zespół pomieszczeń składających się przynajmniej z jednego pomieszczenia do pracy z aparatem rentgenowskim;
- 11) sterownia - pomieszczenie, z którego kieruje się zdalnie pracą akceleratora, aparatu rentgenowskiego lub urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze;

- 12) śluza sanitarno-dozymetryczna - wydzielony teren pracowni izotopowej z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, wyposażony w stacjonarny przyrząd dozymetryczny i urządzenia sanitarne (umywalkę, a jeżeli wymagają tego prowadzone prace, również natrysk), przystosowany do usuwania zewnętrznych skażeń promieniotwórczych z powierzchni ciała ludzkiego, ze środków ochrony indywidualnej oraz do zmiany odzieży i obuwia roboczego;
- 13) świadectwo źródła - dokumentację źródła promieniotwórczego, sporządzoną przez producenta tego źródła;
- 14) świadectwo wyjściowego materiału promieniotwórczego - dokumentację wyjściowego materiału promieniotwórczego, sporządzoną przez producenta tego materiału;
- 15) wyjściowy materiał promieniotwórczy - materiał tarczowy po aktywacji lub inny materiał wykorzystywany do produkcji źródeł promieniotwórczych;
- 16) zezwolenie - zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

§ 3. Bezpieczeństwo pracy ze źródłami promieniowania jonizującego wymaga przestrzegania zasady ograniczenia narażenia przez skracanie czasu narażenia, zwiększanie odległości od źródła promieniowania jonizującego, ograniczanie pola tego promieniowania i eliminowanie skażeń promieniotwórczych, w szczególności przez:

- 1) stosowanie wyposażenia i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta;
- 2) stosowanie środków ochrony indywidualnej;
- 3) dopuszczanie do pracy na poszczególnych stanowiskach pracy osób przeszkolonych i posiadających uprawnienia wymagane do pracy na tych stanowiskach;
- 4) stałą kontrolę stosowanych procedur oraz bieżącą kontrolę i konserwację eksploatowanych urządzeń.

Rozdział 2

Wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia

§ 4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz pracowni stosujących takie aparaty.

§ 5. 1. Stopień osłabienia promieniowania jonizującego przez ściany zewnętrzne i stropy pracowni zapobiega otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności w ciągu kolejnych 12 miesięcy dawki skutecznej (efektywnej) promieniowania jonizującego, związanej z prowadzeniem działalności z promieniowaniem jonizującym w pracowni, przekraczającej:

- 1) 0,1 milisiwerta (mSv), w przypadku pracowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym albo w budynku zamieszkania zbiorowego,
- 2) 0,3 milisiwerta (mSv), w przypadku pozostałych pracowni
- z uwzględnieniem czasu narażenia tych osób, rodzaju prowadzonych w pracowni prac i rodzaju stosowanych osłon.

2. Pracownię wyposaża się, zależnie od rodzaju prowadzonych prac, w:

- 1) sprzęt dozymetryczny dostosowany do używanych źródeł promieniowania jonizującego;
- 2) stałe lub ruchome osłony przed promieniowaniem jonizującym;
- 3) pojemniki do przechowywania źródeł i odrębne do przechowywania odpadów promieniotwórczych;
- 4) wentylację grawitacyjną, chyba że dla danego rodzaju lub klasy pracowni jest wymagana wentylacja mechaniczna, a jeżeli producent urządzeń zainstalowanych w pracowni tego wymaga, także w klimatyzację;
- 5) instalację wodną i kanalizacyjną.

3. Wejście do pracowni oznacza się tablicami informacyjnymi, których wzory są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Źródła i odpady promieniotwórcze przechowuje się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych.

5. Miejsce przechowywania źródeł promieniotwórczych oznacza się tablicą informacyjną, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a miejsce przechowywania odpadów promieniotwórczych tablicą informacyjną do oznaczania magazynu odpadów promieniotwórczych, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925).

6. W pomieszczeniu, w którym są przechowywane źródła lub odpady promieniotwórcze, nie przechowuje się substancji łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących i o właściwościach utleniających, a także gazów sprężonych.

7. Dokumentacja pracowni zawiera:

- 1) zezwolenie;
- 2) regulamin pracy, o którym mowa w Kodeksie pracy;

3) instrukcje pracy ze źródłami promieniowania jonizującego oraz z odpadami promieniotwórczymi, ustalające szczegółowe postępowanie w zakresie ochrony radiologicznej dla każdego rodzaju wykonywanych prac;

4) zakładowy plan postępowania awaryjnego;

5) rejestr wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy;

6) wykaz pracowników wykonujących pracę w pracowni, z podziałem na kategorie A i B;

a w zależności od rodzaju prac prowadzonych w pracowni, także:

7) opisy techniczne i instrukcje obsługi akceleratorów, aparatów rentgenowskich lub urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;

8) instrukcję postępowania przeznaczoną dla pacjentów, którym podano substancję promieniotwórczą w celu medycznej diagnostyki lub leczenia;

9) instrukcje obsługi i świadectwa wzorcowania sprzętu dozymetrycznego;

10) ewidencję źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz ewidencję materiałów jądrowych;

11) rejestr dawek indywidualnych promieniowania jonizującego otrzymanych przez pracowników.

8. Osoby biorące udział w pracach prowadzonych w pracowni wyposaża się w:

- 1) środki ochrony indywidualnej właściwe dla prowadzonych prac;
- 2) akustyczne indywidualne sygnalizatory promieniowania jonizującego - w przypadku szczególnym, gdy prace prowadzone w pracowni mogą spowodować przekroczenie limitu użytkowego dawki (ogranicznika dawki) ustalonego w zezwoleniu.

9. Pracownie izotopowe lokalizuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed zalaniem wodą w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy D odporności pożarowej, przy czym pomieszczenia, w których są przechowywane źródła i odpady promieniotwórcze lokalizuje się w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy B odporności pożarowej.

§ 6. W przypadku pracowni izotopowej z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi oraz pracowni izotopowej z urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze (pracownie klasy Z):

1) powierzchnia pomieszczenia, w którym są prowadzone prace ze źródłami promieniotwórczymi, nie może być mniejsza niż 10 m^2 , przy czym w pracowni klasy Z przeznaczonej do celów medycznych powierzchnia pomieszczenia terapeutycznego nie może być mniejsza niż 20 m^2 ;

2) wielkość wolnej powierzchni w pomieszczeniach przeznaczonych do prac ze źródłami promieniotwórczymi nie może być mniejsza niż 5 m^2 na jednego pracownika wykonującego pracę w pracowni.

§ 7. 1. Powierzchnia pomieszczenia pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski defektoskopowy lub inny aparat rentgenowski o energii promieniowania powyżej 300 keV, nie może być mniejsza niż 20 m².

2. Powierzchnia pomieszczenia pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski o energii promieniowania do 300 keV, nie może być, z zastrzeżeniem § 8, mniejsza niż 10 m², chyba że w zezwoleniu określono inaczej.

3. Wysokość pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, nie może być mniejsza niż 2,5 m, a jeżeli łączny czas przebywania w nim pracownika nie przekracza czterech godzin na dobę, nie może być mniejsza niż 2,2 m.

4. Powierzchnia pomieszczenia do napromieniania w pracowni akceleratorowej nie może być mniejsza niż 20 m², chyba że w zezwoleniu określono inaczej.

5. W pracowniach akceleratorowych, rentgenowskich z wyjątkiem weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, oraz w pracowniach klasy Z z wydzieloną sterownią:

1) wejście do pracowni wyposaża się w sygnalizację świetlną informującą o włączeniu zasilania aparatu lub akceleratora wysokim napięciem lub umieszczeniu źródła promieniotwórczego w pozycji roboczej;

2) geometria ustawienia osłon stałych wyklucza możliwość padania pierwotnej wiązki promieniowania jonizującego na drzwi do pomieszczenia do napromieniania;

3) w pomieszczeniach terapeutycznych instaluje się wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową zapewniającą co najmniej 6-krotną wymianę powietrza na godzinę, chyba że producent zainstalowanego źródła promieniowania jonizującego wymaga częstszej wymiany powietrza;

4) konstrukcja drzwi umożliwia ich otwarcie od wewnątrz i od zewnątrz pomieszczenia do napromieniania.

6. Poza wymaganiami określonymi w ust. 5, w wyposażonych w wydzieloną sterownię:

1) pracowniach akceleratorowych, rentgenowskich z wyjątkiem weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, oraz w pracowniach klasy Z, zapewnia się łączność głosową i wizualną między sterownią a pomieszczeniem terapeutycznym;

2) pracowniach akceleratorowych i rentgenowskich z wyjątkiem weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, stosuje się system uniemożliwiający włączenie zasilania aparatu rentgenowskiego lub akceleratora wysokim napięciem przy otwartych drzwiach do pomieszczenia do napromieniania;

3) w pracowniach klasy Z stosuje się system powodujący umieszczenie źródeł w pozycji ochronnej, przy otwieraniu drzwi do pomieszczenia do napromieniania.

7. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, jeżeli w pomieszczeniu tym występuje także inny niż promieniowanie jonizujące szkodliwe dla zdrowia czynnik środowiska pracy.

§ 8. 1. Powierzchnia pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej wykonującej badania małych zwierząt, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, ma zapewnić, żeby przy typowym badaniu diagnostycznym - w przypadku aparatu przenośnego lub przy zawieszanej głowicy i wiązce skierowanej w dół - źródło promieniowania znajdowało się co najmniej 1 m od najbliższej ściany.

2. Powierzchnia pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej dla zwierząt większych, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, ma zapewnić, żeby źródło promieniowania znajdowało się co najmniej 1,5 m od najbliższej ściany.

§ 9. W urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące niewykorzystywane do celów diagnostycznych, terapeutycznych lub zastosowań naukowych i technicznych, emitowane przez lampy próżniowe wzbudzone przez napięcie przekraczające 5 kV, moc dawki tego promieniowania w odległości 0,05 m od dowolnej dostępnej powierzchni urządzenia nie może przekraczać 5 mikrogramów na godzinę ($\mu\text{Gy/h}$).

§ 10. 1. Aparaty rentgenowskie oraz akceleratory:

1) użytkuje się zgodnie z wymaganiami środowiskowymi i warunkami zasilania elektrycznego określonymi w opisie technicznym oraz zgodnie z instrukcją eksploatacyjną;

2) konserwuje się zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji eksploatacyjnej;

3) poddaje się kontroli zgodnie z programem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także kontroli kalibracji.

2. Budowa aparatów rentgenowskich oraz akceleratorów zapewnia bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne przez:

1) ochronę przed niebezpieczeństwem urazu, mogącego powstać w wyniku dotknięcia aparatu rentgenowskiego lub akceleratora;

2) ochronę przed powstaniem temperatury lub łuku elektrycznego, mogących spowodować niebezpieczeństwo.

§ 11. 1. Budowa aparatów rentgenowskich zapewnia:

1) możliwość zamontowania ograniczników promieniowania odpowiadających przeznaczeniu aparatu rentgenowskiego;

2) ograniczenie mocy dawki promieniowania przy zamkniętym okienku wiązki promieniowania i przy najwyższych parametrach eksploatacji podanych przez producenta do wartości, która nie przekracza:

a) 25 $\mu\text{Gy/h}$ w odległości 0,5 m od ogniska lampy - dla aparatów rentgenowskich stosowanych do dyfrakcji promieni rentgenowskich, mikroradiografii i rentgenowskiej analizy spektralnej,

b) 2,5 mGy/h, dla napięcia do 200 kV włącznie, lub 10 mGy/h, dla napięcia powyżej 200 kV, w odległości 1 m od ogniska lampy - dla pozostałych rodzajów aparatów rentgenowskich;

3) dla aparatów rentgenowskich, w których obudowa ochronna osłania lampę rentgenowską oraz napromieniany obiekt, ograniczenie mocy dawki w odległości 0,1 m od dostępnej powierzchni obudowy do wartości, która nie przekracza:

a) 7,5 $\mu\text{Gy/h}$ (aparaty rentgenowskie w pełni ochronne),

b) 25 $\mu\text{Gy/h}$ (aparaty rentgenowskie o wysokiej ochronności).

2. Aparaty rentgenowskie w pełni ochronne i aparaty rentgenowskie o wysokiej ochronności wyposaża się w dwa niezależne zabezpieczenia, uniemożliwiające ich eksploatację przy otwarciu obudowy.

3. Aparatów rentgenowskich w pełni ochronnych nie wyposaża się w zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2, jeżeli stosowanie aparatu rentgenowskiego nie pozwala na zamknięcie jego obudowy, a moc dawki w dostępnym miejscu otwartej obudowy nie przekracza 7,5 $\mu\text{Gy/h}$.

4. Aparatów rentgenowskich o wysokiej ochronności nie wyposaża się w zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2, jeżeli moc dawki w przestrzeni wewnętrznej aparatu rentgenowskiego, przy maksymalnych parametrach, w żadnym punkcie nie przekracza 0,25 mGy/h albo stosowanie aparatu rentgenowskiego nie pozwala na zamknięcie jego obudowy, a moc dawki w dostępnym miejscu otwartej obudowy nie przekracza 25 $\mu\text{Gy/h}$.

5. Aparaty rentgenowskie diagnostyczne do celów weterynaryjnych wyposaża się w:

1) filtry umożliwiające filtrację nie mniejszą niż wartość równoważna 1,5 mm aluminium (Al);

2) przycisk do zdalnego wyzwalania ekspozycji zapewniający operatorowi zachowanie odległości co najmniej 2 m od ogniska lampy;

3) urządzenie sygnalizujące w sposób akustyczny lub optyczny wykonanie ekspozycji; sygnalizacja ma być słyszalna i widoczna z miejsca uruchomienia wyzwalacza;

4) wskaźniki natężenia prądu i napięcia na lampie rentgenowskiej;

5) świetlny wskaźnik napromienianego pola, zapewniający średnie natężenie oświetlenia pola nie mniejsze niż 100 luksów (lx) w płaszczyźnie prostopadłej do osi wiązki w odległości 1 m od ogniska, jeżeli odległość ta w normalnych warunkach pracy jest mniejsza niż 1 m.

§ 12. 1. Akcelerator terapeutyczny zapewnia:

- 1) bezpieczeństwo pacjenta podczas leczenia;
- 2) sygnalizację w pomieszczeniu terapeutycznym oraz w sterowni obecności w pomieszczeniu terapeutycznym wiązki promieniowania;
- 3) kontrolę dawki promieniowania i mocy dawki promieniowania z użyciem dwóch niezależnych od siebie torów dozymetrycznych;
- 4) zachowanie zapisu wskazań dotyczących dawki promieniowania po zakończeniu napromieniania.

2. Budowa akceleratora zapewnia zakończenie lub przerwanie napromieniania, w przypadku gdy:

- 1) w sytuacji prawidłowego przebiegu terapii promieniowaniem jonizującym, system pomiaru dawki promieniowania wskazał osiągnięcie wartości dawki promieniowania ustalonej przed rozpoczęciem napromieniania;
- 2) występuje różnica między wskazaniem niezależnych torów dozymetrycznych przekraczająca 5% tych wskazań;
- 3) pomiar czasu napromieniania osiągnął wartość ustaloną przed rozpoczęciem napromieniania.

§ 13. 1. W zależności od aktywności stosowanych jednocześnie izotopów promieniotwórczych i ich przynależności do grupy izotopów promieniotwórczych pracownie izotopowe z otwartymi źródłami promieniotwórczymi zalicza się do klasy III, II i I, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

2. Grupy izotopów, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Zamknięte źródła promieniotwórcze mogą być stosowane w pracowniach izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi.

§ 14. 1. W przypadku pracowni izotopowej klasy III:

- 1) zapewnia się spełnienie wymagań, o których mowa w § 6;
- 2) zapewnia się jej lokalizację w:
 - a) obiekcie budowlanym, który nie jest budynkiem mieszkalnym ani budynkiem zamieszkania zbiorowego lub

b) wyodrębnionej, niemieszkalnej części budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego, z osobnym wejściem oraz osobnymi drogami komunikacji wewnętrznej;

3) powierzchnie robocze wykonuje się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych oraz umożliwiającą ich usuwanie;

4) jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj prowadzonych prac stanowiska pracy wyposaża się w wyciągi radiochemiczne, a także w komory rękawicowe lub inne urządzenia uniemożliwiające rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych;

5) podłogi, ściany i instalacje przygotowuje się w sposób umożliwiającą usunięcie powstałych na ich powierzchniach skażeń promieniotwórczych;

6) zapewnia się wentylowanie mechaniczne pomieszczeń odrębnym systemem wentylacyjnym umożliwiającym co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny;

7) w zależności od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi źródłami promieniotwórczymi zapewnia się:

a) pomiar zawartości substancji promieniotwórczych w powietrzu i ściekach usuwanych z tej pracowni,

b) zbieranie oraz przechowywanie stałych i ciekłych odpadów promieniotwórczych w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach,

c) oczyszczanie usuwanego z tej pracowni powietrza,

d) wyposażenie techniczne do oczyszczania odzieży roboczej stosowanej w pracowni,

e) podciśnienie w szczelnych komorach roboczych, wynoszące co najmniej 200 Pa (paskali) w stosunku do otoczenia.

2. W pracowni izotopowej klasy III nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności, które mogłyby ułatwić wprowadzenie substancji promieniotwórczych do wnętrza organizmu, w szczególności spożywanie posiłków i palenie tytoniu.

3. Organizacja pracy w pracowni izotopowej klasy III zapewnia komunikację między pomieszczeniami bez konieczności wychodzenia na zewnątrz pracowni.

4. Jeżeli pracownia klasy III jest wyposażona w magazyn źródeł promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych znajdujący się poza pracownią, to przepis ust. 3 nie ma zastosowania do tego magazynu.

§ 15. W przypadku pracowni izotopowej klasy II zapewnia się:

- 1) spełnienie wymagań określonych dla pracowni izotopowej klasy III;
- 2) powierzchnię, z wyłączeniem służby sanitarno-dozymetrycznej i pomieszczenia do przechowywania źródeł i odpadów promieniotwórczych, nie mniejszą niż 15 m²;
- 3) wejście i wyjście przez służbę sanitarno-dozymetryczną;
- 4) wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową gwarantującą:
 - a) przepływ powietrza w kierunku pomieszczeń, w których istnieje większe prawdopodobieństwo powstawania skażeń promieniotwórczych,
 - b) ruch powietrza lub układ ciśnień, który zapobiega rozprzestrzenianiu się skażeń promieniotwórczych powstających na stanowiskach pracy,
 - c) wyrzut powietrza na wysokości co najmniej 1 m ponad kalenicą budynku pracowni izotopowej klasy II i budynku sąsiadującego;
- 5) oznaczenie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w sposób zapobiegający użyciu ich przez osoby, którym nie zostały przydzielone, a także użyciu ich poza pracownią;
- 6) przechowywanie źródeł i odpadów promieniotwórczych w wydzielonym magazynie, o wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zapewniającej w czasie przebywania tam pracowników co najmniej 6-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny, przy czym włączenie wentylacji następuje co najmniej 10 minut przed wejściem pracowników do magazynu.

§ 16. W przypadku pracowni izotopowej klasy I:

- 1) zapewnia się spełnienie wymagań określonych dla pracowni izotopowej klasy II, z tym, że pracownia klasy I może być zlokalizowana tylko w obiekcie budowlanym, który nie jest budynkiem mieszkalnym ani budynkiem zamieszkania zbiorowego;
- 2) źródła i odpady promieniotwórcze przechowuje się oddzielnie, w wydzielonych magazynach, o wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zapewniającej w czasie przebywania tam pracowników co najmniej 6-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny, przy czym włączenie wentylacji następuje co najmniej 10 minut przed wejściem pracowników do magazynu.

§ 17. W przypadku pracowni, w których są stosowane źródła promieniowania jonizującego w celach medycznych, wymaga się dodatkowo spełniania odpowiednich wymagań ogólnych, określonych w przepisach dotyczących pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej.

Rozdział 3

Wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, stosowanymi poza pracowniami stosującymi źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła lub urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące

§ 18. 1. Źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące mogą być stosowane poza pracownią, jeżeli:

- 1) są zainstalowane na terenie jednostki organizacyjnej w sposób uniemożliwiający niekontrolowane narażenie osób i środowiska lub
- 2) zachodzi konieczność prowadzenia prac w terenie, a ochrona radiologiczna nie wymaga zastosowania stałych osłon przed promieniowaniem jonizującym i izolowania miejsc stosowania źródeł promieniowania jonizującego od otoczenia.

2. W warunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

- 1) w przypadku prac wymagających stosowania otwartych źródeł promieniotwórczych, przed rozpoczęciem prac uzyskuje się zgodę właściciela lub administratora terenu, na którym prace mają być prowadzone oraz zawiadamia się o nich właściwego inspektora sanitarnego;
- 2) w razie możliwości przekroczenia limitu użytkowego dawki (ogranicznika dawki) ustalonego w zezwoleniu, osoby biorące udział w pracach wyposaża się w akustyczne indywidualne sygnalizatory promieniowania jonizującego;
- 3) wszystkie czynności związane ze stosowaniem otwartych źródeł promieniotwórczych wykonuje się w obecności inspektora ochrony radiologicznej;
- 4) w razie konieczności magazynowania źródeł i odpadów promieniotwórczych poza pracownią - przechowuje się je na terenie nadzorowanym zabezpieczonym na zasadach określonych w przepisach przeciwpożarowych oraz zabezpieczonym przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych, stosując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 4 - 6.

Rozdział 4

Kontrola źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencja źródeł promieniotwórczych

§ 19. 1. Kontrola źródeł promieniotwórczych obejmuje sprawdzenie, nie rzadziej niż raz na rok kalendarzowy:

- 1) zgodności stanu źródeł z dokumentami ewidencji źródeł promieniotwórczych;
- 2) szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych;
- 3) warunków stosowania i przechowywania źródeł promieniotwórczych.

2. Wyniki kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych rejestruje się w protokole kontroli, który zawiera w szczególności:

- 1) datę kontroli;
- 2) typ i numer zamkniętego źródła promieniotwórczego lub urządzenia zawierającego takie źródło;
- 3) rodzaj izotopu promieniotwórczego, jego aktywność oraz datę określenia aktywności;
- 4) typ i numer przyrządu, którym wykonano pomiary;
- 5) wynik pomiaru;
- 6) wyniki kontroli;
- 7) nazwę i adres instytucji oraz imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła kontrolę.

3. W jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania i instalowania źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła oraz obrotu nimi kontrolę, o której mowa w ust. 1, wykonuje się na bieżąco.

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wykonuje się także po zdarzeniu radiacyjnym oraz innym incydencie mogącym mieć wpływ na szczelność źródła, w szczególności po pożarze, korzystaniu ze źródła przez osobę nieuprawnioną, czasowej utracie posiadania źródła i po odzyskaniu go po kradzieży.

§ 20. 1. Kontrola urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące przed wprowadzeniem ich do eksploatacji obejmuje sprawdzenie zgodności parametrów urządzenia z dokumentacją techniczną, w szczególności określenie mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m i 1 m od obudowy urządzenia w kierunku innym niż kierunek wiązki promieniowania wyprowadzonego z urządzenia.

2. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1, odnotowuje się w protokole zdawczo-odbiorczym urządzenia.

3. Kopię protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzący kontrolę przekazuje organowi wydającemu zezwolenie.

§ 21. 1. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na wytwarzaniu i przetwarzaniu źródeł promieniotwórczych ewidencja obejmuje wyjściowe

materiały promieniotwórcze oraz wyprodukowane źródła promieniotwórcze i jest prowadzona na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na obrocie źródłami promieniotwórczymi, produkcji, obrocie lub instalowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze ewidencja obejmuje przychód i rozchód źródeł promieniotwórczych i jest prowadzona na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła ewidencja obejmuje odpowiednio stosowane lub przechowywane źródła promieniotwórcze i jest prowadzona na kartach ewidencyjnych, których wzory są określone w załącznikach nr 7-10 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na transporcie źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem transportu wewnątrz jednostki, ewidencja obejmuje dokumenty przewozowe określone w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność ze źródłami wysokoaktywnymi ewidencja tych źródeł jest prowadzona na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 22. 1. Karty ewidencyjne, o których mowa w § 21 ust. 1-3 i 5, kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje przez okres 5 lat od chwili zakończenia działalności ze źródłem promieniotwórczym.

2. Dokumenty przewozowe, o których mowa w § 21 ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje przez okres 3 lat od dnia zakończenia transportu źródeł promieniotwórczych.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność, o której mowa w § 21 ust. 3, na której wykonywanie jest wymagane zezwolenie, sporządza ewidencję posiadanych zamkniętych źródeł promieniotwórczych według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia, oraz przesyła kopię tej karty Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność, o której mowa w § 21 ust. 5, przesyła Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki kopie kart ewidencyjnych źródeł wysokoaktywnych, z którymi prowadzi działalność:

- 1) niezwłocznie po wejściu w posiadanie źródła;
- 2) niezwłocznie po dokonaniu zmiany zapisu w karcie ewidencyjnej źródła;
- 3) niezwłocznie po przekazaniu źródła innej jednostce organizacyjnej;
- 4) niezwłocznie na żądanie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
- 5) co roku w terminie do dnia 31 stycznia.

5. Kopie kart ewidencyjnych, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią podstawę wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 43c ust. 1 ustawy.

6. W przypadku zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną kierownik tej jednostki niezwłocznie przekazuje Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki karty ewidencyjne, o których mowa w § 21 ust. 1-3 i 5.


7. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przechowuje kopie kart ewidencyjnych, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz karty ewidencyjne, o których mowa w ust. 6, przez okres 30 lat od dnia ich otrzymania.

§ 23. Traci moc rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 239, poz. 2029).

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wzory tablic informacyjnych do oznakowania wejść do pracowni

1. Wzór tablicy informacyjnej do oznakowania wejścia do pracowni izotopowej klasy Z.*



* wymiary podano w milimetrach

2. Wzór tablicy informacyjnej do oznakowania wejścia do pracowni akceleratorowej.*



* wymiary jak w tablicy informacyjnej 1

3. Wzór tablicy informacyjnej do oznakowania wejścia do pracowni rentgenowskiej.*



* wymiary jak w tablicy informacyjnej 1

4. Wzory tablic informacyjnych do oznakowania wejść do pracowni izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi.*

a.



* wymiary jak w tablicy informacyjnej 1

b.



* wymiary jak w tablicy informacyjnej 1

c.



* wymiary jak w tablicy informacyjnej 1

KLASY PRACOWNI IZOTOPOWYCH Z OTWARTYMI ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI STOSOWANYCH JEDNOCZEŚNIE W PRACOWNI IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I ICH PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY IZOTOPÓW

Grupa izotopów	Klasa pracowni		
	I	II	III
	Aktywność stosowanych jednocześnie w pracowni izotopów promieniotwórczych		
	MBq	MBq	MBq
1	powyżej 1000	powyżej 1 do 1000	do 1
2	powyżej 10000	powyżej 10 do 10000	do 10
3	powyżej 100000	powyżej 100 do 100000	do 100
4	powyżej 1000000	powyżej 1000 do 1000000	do 1000

Objaśnienia:

1. W przypadku pracowni przeznaczonej do prac z izotopami promieniotwórczymi różnych grup izotopów, klasę pracowni określa się porównując aktywność obliczoną według wzoru:

$$A = A_1 + 0,1 A_2 + 0,01 A_3 + 0,001 A_4$$

gdzie A_1, A_2, A_3, A_4 - stosowana jednocześnie maksymalna aktywność izotopów odpowiednio 1,2, 3 lub 4 grupy izotopów

z aktywnością 1 grupy izotopów przewidzianą dla poszczególnych klas pracowni.

2. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności z substancjami promieniotwórczymi, aktywność stosowanych jednocześnie w pracowni izotopów promieniotwórczych może być zwiększona lub zmniejszona bez zmiany klasy pracowni, poprzez pomnożenie przez współczynnik:

Określenie czynności	Współczynnik
Magazynowanie	100
Diagnostyka lekarska	100
Bardzo proste czynności na mokro	10
Normalne czynności chemiczne	1
Skomplikowane czynności na mokro z prawdopodobieństwem rozlania i proste czynności na sucho z możliwością pylenia	0,1
Skomplikowane czynności na sucho z możliwością pylenia	0,01

GRUPY IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Grupa izotopów	Izotop promieniotwórczy									
1	Sm-146	Sm-147	Gd-148	Gd-152	Pb-210	Bi-210m	Po-210	Ra-223	Ra-224	Ra-225
	Ra-226	Ra-228	Ac-225	Ac-226	Ac-227	Th-227	Th-228	Th-229	Th-230	Th-232
	Pa-231	U-230	U-232	U-233	U-234	U-235	U-236	U-238	Np-236	Np-237
	Pu-236	Pu-238	Pu-239	Pu-240	Pu-242	Pu-244	Am-241	Am-242m	Am-243	Cm-240
	Cm-242	Cm-243	Cm-244	Cm-245	Cm-246	Cm-247	Cm-248	Cm-250	Bk-247	Cf-248
	Cf-249	Cf-250	Cf-251	Cf-252	Cf-253	Cf-254	Es-253	Es-254	Fm-257	Md-258
2	Be-10	Al-26	Si-32	Ti-44	Fe-60	Co-60	Ge-68	Sr-82	Sr-90	Zr-93
	Nb-94	Ru-106	Rh-102	Ag-108m	Ag-110m	Cd-113	Cd-113m	In-114m	In-115	Sn-126
	I-126	I-129	I-131	La-137	La-138	Ce-144	Pm-146	Eu-150	Eu-152	Eu-154
	Tb-158	Ho-166m	Lu-176	Lu-177m	Hf-172	Hf-178m	Hf-182	Ta-180	Os-194	Ir-192m
	Hg-194	Pb-202	Pb-212	Bi-210	Bi-212	Bi-213	Bi-214	At-211	Fr-222	Ac-224
	Ac-228	Th-226	Pa-227	Pa-228	Pa-230	Pu-234	Pu-241	Am-242	Cm-241	Bk-249
	Cf-244	Cf-246	Es-254m	Fm-252	Fm-253	Fm-254	Fm-255	Md-257		
3	C-14	Na-22	Na-24	Mg-28	Si-31	P-32	P-33	S-35	Cl-36	K-40
	K-42	K-43	Ca-41	Ca-45	Ca-47	Sc-43	Sc-44	Sc-44m	Sc-46	Sc-47
	Sc-48	Ti-45	V-48	Cr-48	Mn-52	Mn-54	Mn-56	Fe-52	Fe-55	Fe-59
	Co-55	Co-56	Co-57	Co-58	Ni-56	Ni-57	Ni-59	Ni-63	Ni-65	Ni-66
	Cu-61	Cu-64	Cu-67	Zn-62	Zn-65	Zn-69m	Zn-71m	Zn-72	Ga-66	Ga-67
	Ga-72	Ga-73	Ge-66	Ge-69	Ge-77	Ge-78	As-70	As-71	As-72	As-73
	As-74	As-76	As-77	As-78	Se-70	Se-73	Se-75	Se-79	Br-74m	Br-76
	Br-77	Br-80m	Br-82	Rb-82m	Rb-83	Rb-84	Rb-86	Rb-87	Sr-80	Sr-83
	Sr-85	Sr-89	Sr-91	Sr-92	Y-86	Y-87	Y-88	Y-90	Y-90m	Y-91
	Y-92	Y-93	Zr-86	Zr-88	Zr-89	Zr-95	Zr-97	Nb-89	Nb-90	Nb-93m
	Nb-95	Nb-95m	Nb-96	Mo-90	Mo-93	Mo-93m	Mo-99	Tc-94	Tc-99	Tc-95m
	Tc-96	Tc-97	Tc-97m	Tc-98	Tc-99	Ru-97	Ru-103	Ru-105	Rh-99	Rh-100
	Rh-101	Rh-101m	Rh-102m	Rh-105	Rh-106m	Pd-100	Pd-101	Pd-103	Pd-107	Pd-109
	Ag-105	Ag-106m	Ag-111	Ag-112	Cd-107	Cd-109	Cd-115	Cd-115m	Cd-117	Cd-117m
	In-110	In-111	In-117m	Sn-110	Sn-113	Sn-117m	Sn-119m	Sn-121	Sn-121m	Sn-123
	Sn-125	Sn-127	Sn-128	Sb-118m	Sb-120	Sb-122	Sb-124	Sb-125	Sb-126	Sb-127
	Sb-128	Sb-129	Te-116	Te-121	Te-121m	Te-123	Te-123m	Te-125m	Te-127	Te-127m
	Te-129m	Te-131m	Te-132	Te-133m	Te-134	I-120	I-120m	I-123	I-124	I-125
	I-130	I-132	I-132m	I-133	I-135	Cs-132	Cs-134	Cs-135	Cs-136	Cs-137
	Ba-126	Ba-128	Ba-131	Ba-133	Ba-133m	Ba-135m	Ba-140	La-132	La-140	La-141
	La-142	Ce-134	Ce-135	Ce-137m	Ce-139	Ce-141	Ce-143	Pr-138m	Pr-142	Pr-143
	Pr-145	Nd-138	Nd-139m	Nd-147	Nd-149	Pm-143	Pm-144	Pm-145	Pm-147	Pm-148
	Pm-148m	Pm-149	Pm-150	Pm-151	Sm-142	Sm-145	Sm-151	Sm-153	Sm-156	Eu-145
	Eu-146	Eu-147	Eu-148	Eu-149	Eu-152m	Eu-155	Eu-156	Eu-157	Gd-146	Gd-147
	Gd-149	Gd-151	Gd-153	Gd-159	Tb-147	Tb-149	Tb-150	Tb-151	Tb-153	Tb-154
	Tb-155	Tb-156	Tb-156m	Tb-157	Tb-160	Tb-161	Dy-155	Dy-159	Dy-166	Ho-166
	Ho-167	Er-169	Er-171	Er-172	Tm-166	Tm-167	Tm-170	Tm-171	Tm-172	Tm-173
	Yb-166	Yb-169	Yb-175	Yb-178	Lu-169	Lu-170	Lu-171	Lu-172	Lu-173	Lu-174
	Lu-174m	Lu-176m	Lu-177	Lu-179	Hf-170	Hf-173	Hf-175	Hf-177m	Hf-179m	Hf-180m
	Hf-181	Hf-184	Ta-173	Ta-175	Ta-176	Ta-177	Ta-178	Ta-179	Ta-182	Ta-183
	Ta-184	W-178	W-185	W-187	W-188	Re-181	Re-182	Re-184	Re-184m	Re-186
	Re-186m	Re-188	Re-189	Os-181	Os-182	Os-185	Os-191	Os-191m	Os-193	Ir-184
	Ir-185	Ir-186	Ir-187	Ir-188	Ir-189	Ir-190	Ir-190m	Ir-192	Ir-193m	Ir-194
	Ir-194m	Ir-195	Ir-195m	Pt-188	Pt-191	Pt-193m	Pt-195m	Pt-197	Pt-200	Au-193
	Au-194	Au-195	Au-198	Au-198m	Au-199	Au-200m	Hg-193	Hg-193m	Hg-195m	Hg-197
	Hg-197m	Hg-203	Tl-198	Tl-200	Tl-202	Tl-204	Pb-200	Pb-201	Pb-202m	Pb-203
	Pb-205	Pb-211	Pb-214	Bi-201	Bi-202	Bi-203	Bi-205	Bi-206	Bi-207	Po-207
	At-207	Fr-223	Ra-227	Th-231	Th-234	Pa-232	Pa-233	Pa-234	U-231	U-237
	U-240	Np-234	Np-235	Np-238	Np-239	Np-240	Pu-237	Pu-243	Pu-245	Pu-246
	Am-239	Am-240	Am-244	Am-246	Cm-238	Bk-245	Bk-246	Bk-250	Es-250	Es-251
4	H-3	Be-7	C-11	F-18	Cl-38	Cl-39	K-44	K-45	Sc-49	V-47

V-49	Cr-49	Cr-51	Mn-51	Mn-52m	Mn-53	Co-58m	Co-60m	Co-61	Co-62m
Cu-60	Zn-63	Zn-69	Ga-65	Ga-68	Ga-70	Ge-67	Ge-71	Ge-75	As-69
Se-73m	Se-81	Se-81m	Se-83	Br-74	Br-75	Br-80	Br-83	Br-84	Rb-79
Rb-81	Rb-81m	Rb-88	Rb-89	Sr-81	Sr-85m	Sr-87m	Y-86m	Y-91m	Y-94
Y-95	Nb-88	Nb-97	Nb-98	Mo-101	Tc-93	Tc-93m	Tc-94m	Tc-96m	Tc-99m
Tc-101	Tc-104	Ru-94	Rh-99m	Rh-103m	Rh-107	Ag-102	Ag-103	Ag-104	Ag-104m
Ag-106	Ag-115	Cd-104	In-109	In-112	In-113m	In-115m	In-116m	In-117	In-119m
Sn-111	Sn-123m	Sb-115	Sb-116	Sb-116m	Sb-117	Sb-119	Sb-124m	Sb-126m	Sb-130
Sb-131	Te-129	Te-131	Te-133	I-121	I-128	I-134	Cs-125	Cs-127	Cs-129
Cs-130	Cs-131	Cs-134m	Cs-135m	Cs-138	Ba-131m	Ba-139	Ba-141	Ba-142	La-131
La-135	La-143	Ce-137	Pr-136	Pr-137	Pr-139	Pr-142m	Pr-144	Pr-147	Nd-136
Nd-139	Nd-141	Nd-151	Pm-141	Sm-141	Sm-141m	Sm-155	Eu-158	Gd-145	Dy-157
Dy-165	Ho-155	Ho-157	Ho-159	Ho-161	Ho-162	Ho-162m	Ho-164	Ho-164m	Er-161
Er-165	Tm-162	Tm-175	Yb-162	Yb-167	Yb-177	Lu-178	Lu-178m	Hf-182m	Hf-183
Ta-172	Ta-174	Ta-180m	Ta-182m	Ta-185	Ta-186	W-176	W-177	W-179	W-181
Re-177	Re-178	Re-187	Re-188m	Os-180	Os-189m	Ir-182	Pt-186	Pt-189	Pt-193
Pt-197m	Pt-199	Au-200	Au-201	Hg-195	Hg-199m	Tl-194	Tl-194m	Tl-195	Tl-197
Tl-198m	Tl-199	Tl-201	Pb-195m	Pb-198	Pb-199	Pb-209	Bi-200	Po-203	Po-205
U-239	Np-232	Np-233	Pu-235	Am-237	Am-238	Am-244m	Am-245	Am-246m	Cm-249

WZÓR

.....
 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

KARTA EWIDENCYJNA WYJŚCIOWEGO MATERIAŁU PROMIENIOTWORCZEGO I WYPRODUKOWANYCH
 Z NIEGO ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

Wyjściowy materiał promieniotwórczy:

- izotop promieniotwórczy
- opis wyjściowego materiału promieniotwórczego
- aktywność
- data określenia aktywności
- numer świadectwa wyjściowego materiału promieniotwórczego
- nazwa i adres producenta
- postać chemiczna
- postać fizyczna
- masa, objętość lub ilość
- parametry
- rodzaj, typ i numer pojemnika, w którym znajduje się wyjściowy materiał promieniotwórczy

Źródła wyprodukowane z wyjściowego materiału promieniotwórczego:

- izotop promieniotwórczy

L.p.	Data produkcji	Akty – wność użyta	Data określenia aktywności użytej	Akty – wność pozostała	Data określenia aktywności pozostałej	Kod źródła	Numer źródła	Akty – wność źródła	Data określenia aktywności źródła	Ilość źródeł	Numer świadectwa źródła	Rodzaj, typ i numer pojemnika	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.....
 (imię i nazwisko, podpis osoby, która sporządziła kartę)

WZÓR

.....
 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

KARTA EWIDENCYJNA PRZYCHODU I ROZCHODU ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

L.p.	Izotop promie – niotwór – czy	Akty - wność według świa - dectwa źródła	Data określe - nia akty - wności	Data otrzy - mania źródła	Nazwa i adres dostawy	Nazwa i cechy doku - mentu dostawy	Rodzaj źródła*	Typ zamknię - tego źródła promie - niotwór - czego lub postać fizyczna i chemiczna otwartego źródła promie - niotwór - czego	Kod źródła i znak pro - ducenta	Numer źródła i numer świa - dectwa źródła	Rodzaj, typ i numer poje - mnika lub urzą - dzenia	Nazwa i adres od - biorcy	Data prze - kazania źródła	Rodzaj i cechy doku - mentu prze - kazania	Rodzaj, typ i numer poje - mnika lub urzą - dzenia	Imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała wpisu w karcie i data wpisu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

* z – zamknięte źródło promieniotwórcze

o – otwarte źródło promieniotwórcze

WZÓR

.....
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

KARTA EWIDENCYJNA
OTWARTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO

Izotop promie – nio – twórczy	Postać chemiczna i fizyczna	Aktywność	Data określenia aktywno - ści	Ilość , masa, objętość	Nr świadcetwa, liczba porcji	Data przychodu	Typ i nr pojemnika magazynowego	Miejsce magazynowania

.....
(imię i nazwisko, podpis osoby,
która sporządziła kartę)

WZÓR

.....
 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

KARTA EWIDENCYJNA
 ZAMKNIĘTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO

Data przychodu		
Izotop promieniotwórczy		
Aktywność oraz data jej określenia		
Typ źródła		
Numer świadectwa źródła i numer źródła		
Numer zezwolenia		
Nazwa i adres producenta		
Nazwa i adres dostawcy		
Miejsce przechowywania lub zainstalowania		
Typ i numer pojemnika magazynowego lub roboczego		
Pomiar szczelności	Data	
	Wynik	
	Numer protokołu	
Zdjęto z ewidencji	Nazwa i adres instytucji przejmującej	
	Numer i data dokumentu przekazania	
Imię, nazwisko i podpis osoby, która dokonała wpisu w karcie oraz data wpisu		

KARTA EWIDENCYJNA ŹRÓDŁA WYSOKOAKTYWNEGO (*kursywa: pozycje uzupełniające*)

(1) Numer identyfikacyjny	(2) Dane jednostki organizacyjnej Nazwa: Adres: Kraj: Wytwórca <input type="checkbox"/> Dostawca: <input type="checkbox"/> Użytkownik: <input type="checkbox"/>	(3) Lokalizacja źródła (użytkowanie lub przechowywanie), jeśli inna niż w (2) Nazwa: Adres: Użytkowanie w miejscu stałym: <input type="checkbox"/> Przechowywanie (przenośne): <input type="checkbox"/>
(4) Rejestracja Data pierwszej rejestracji: Data przekazania karty do archiwum:	(5) Zezwolenie Numer: Data wydania: Data wygaśnięcia:	(6) Kontrola źródła Data Data Data Data Data Data Data Data
(7) Charakterystyka źródła Izotop promieniotwórczy Aktywność w dniu wyprodukowania lub wprowadzenia do obrotu Data produkcji Producent/Dostawca ¹ Nazwa Adres Kraj..... Charakterystyka fizyczna i chemiczna: Typ źródła Kapsuła Klasyfikacja ISO: Klasyfikacja ANSI Świadectwo dla postaci specjalnej	(8) Otrzymanie źródła Data otrzymania: Otrzymane od: Nazwa: Adres: Kraj: Wytwórca: <input type="checkbox"/> Dostawca: <input type="checkbox"/> Inny użytkownik: <input type="checkbox"/>	(10) Dodatkowe informacje Utrata <input type="checkbox"/> Data utraty Kradzież <input type="checkbox"/> Data kradzieży tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> Znalezienie: data miejsce Inne informacje
	(9) Przekazanie źródła Data przekazania Przekazanie do: Nazwa: Adres: Kraj: Wytwórca: <input type="checkbox"/> Dostawca: <input type="checkbox"/> Inny użytkownik: <input type="checkbox"/> ZUOP: <input type="checkbox"/>	

¹ W przypadku wytwórcy źródeł spoza terytorium Wspólnoty można podać nazwę i adres importera-dostawcy.

WZÓR

.....
 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

**KARTA EWIDENCYJNA
 POSIADANYCH ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH
 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 20....r.**

L.p.	Izotop promieniotwórczy	Aktywność według świadectwa źródła	Data określenia aktywności	Nr świadectwa, nr i typ źródła	Typ pojemnika lub nazwa urządzenia	Miejsce użytkowania lub magazynowania
1	2	3	4	5	6	7

Kierownik jednostki organizacyjnej:

.....
 (imię i nazwisko, podpis)

Inspektor ochrony radiologicznej:

.....
 (imię i nazwisko, numer uprawnień, podpis)

Uzasadnienie
projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami
promieniowania jonizującego

Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 45 ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1689 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378).

Upoważnienie nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Stosownie do upoważnienia ustawowego projektowane rozporządzenie uwzględnia:

- 1) wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia;
- 2) wzory tablic informacyjnych do oznakowania wejść do pracowni, wzór tablicy informacyjnej do oznakowania miejsca przechowywania źródeł promieniotwórczych;
- 3) podział pracowni izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi na klasy i kryteria tego podziału;
- 4) wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, stosowanymi poza pracowniami, o których mowa w pkt 1;
- 5) sposób prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych, częstotliwość tej kontroli i sposób dokumentowania jej wyników;
- 6) wzory kart ewidencyjnych do prowadzenia ewidencji źródeł promieniotwórczych, okres przechowywania tych kart i innych dokumentów ewidencji;
- 7) dokumenty ewidencji, których kopie stanowią podstawę wpisu do rejestru źródeł wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana działalność związana z narażeniem, oraz innych zamkniętych źródeł promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostkach organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła;
- 8) częstotliwość przekazywania kopii dokumentów ewidencji Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki, a także okres przechowywania przez niego tych kopii.

W zakresie spraw uregulowanych niniejszym projektem rozporządzenia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 239, poz. 2029). Proponowany projekt rozporządzenia zawiera uregulowania będące, co do zasady, powtórzeniem uregulowań zawartych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Potrzeba

wydania nowego rozporządzenia wynika z faktu, iż upoważnienie ustawowe zawarte w art. 45 ustawy Prawo atomowe zostało dostosowane do wymagań wynikających z Konstytucji RP, jednocześnie rozszerzony został zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym do ustawy Prawo atomowe. Sprawy były już regulowane w obowiązującym rozporządzeniu, jednakże bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. W związku z rozszerzeniem w upoważnieniu ustawowym zakresu spraw przekazywanych do uregulowania w drodze rozporządzenia istnieje konieczność, stosownie do § 32 ust. 2 zasad techniki prawodawczej, wydania nowego rozporządzenia. Różnice w stosunku do obowiązującego rozporządzenia wynikają z konieczności transpozycji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 15, t. 7, str. 694). Ponadto postanowiono na skutek doświadczeń wynikających z praktyki stosowania dotychczasowego rozporządzenia dokonać nielicznych jego zmian o charakterze merytorycznym.

Różnice w porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem dotyczą:

1) zniesienia ograniczeń odnośnie lokalizacji pracowni rentgenowskich, akceleratorowych i pracowni klasy Z – zgodnie z § 5 ust. 1 dotychczas obowiązującego rozporządzenia pracownie można było lokalizować w budynku mieszkalnym – ale tylko w jego części niemieszkalnej, o ile pomieszczenie pracowni nie przylegało do pomieszczeń mieszkalnych lub przeznaczonych do stałego pobytu ludzi. Postanowiono znieść powyższe ograniczenie uznając, iż zawarte w § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia wymagania dotyczące osłonności ścian i stropów pracowni skutecznie zapobiega nadmiernemu narażeniu na promieniowanie jonizujące osób z ogółu ludności. Pozostawiono zakaz lokalizacji w budynkach mieszkalnych pracowni izotopowych klasy I (§ 16 projektu rozporządzenia), wprowadzając, z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się ewentualnych skażeń promieniotwórczych, zakaz ich lokalizacji także w budynkach zamieszkania zbiorowego [zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) przez budynek zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny]; w odniesieniu do pracowni izotopowych klasy II oraz III postanowiono, iż mogą być lokalizowane w obiekcie budowlanym, który nie jest budynkiem mieszkalnym ani budynkiem zamieszkania zbiorowego, z tym że dopuszczono ich lokalizację w wyodrębnionej, niemieszkalnej części budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego, pod warunkiem, iż posiada ona osobne wejście oraz osobne drogi komunikacji wewnętrznej (uzasadnieniem powyższych ograniczeń jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ewentualnych skażeń promieniotwórczych);

2) zakresu stosowania przepisów rozporządzenia – zgodnie z § 2 dotychczas obowiązującego rozporządzenia jego przepisy nie miały zastosowania do aparatów rentgenowskich energii promieniowania do 300 keV stosowanych w celach medycznych; zgodnie z § 4 projektowanego rozporządzenia przepisy rozdziału 2 rozporządzenia (wymagania techniczne i

wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia) nie będą miały zastosowania do aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz pracowni stosujących takie aparaty; proponowana zmiana jest konsekwencją przepisu art. 45 pkt 1 ustawy Prawo atomowe oraz przepisu art. 5 ust. 4 ustawy Prawo atomowe [ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 70, poz. 632) zastąpiła w art. 5 ust. 4 ustawy Prawo atomowe sformułowanie „aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV” sformułowaniem „aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych”];

3) przepisu § 3 projektu rozporządzenia, który został zmodyfikowany w ten sposób, że, w porównaniu z obowiązującym dotąd rozporządzeniem, nie zawiera definicji „typu zamkniętego źródła promieniotwórczego” i „zamkniętego źródła promieniotwórczego”- definicje te zostały umieszczone w art. 3 ustawy Prawo atomowe poprzez ustawę z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe;

4) przepisu § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia – zmieniono wymagania odnośnie stopnia osłabienia promieniowania jonizującego przez ściany zewnętrzne i stropy pracowni, ustalając, iż stopień ten ma zapobiegać otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności w ciągu kolejnych 12 miesięcy dawki skutecznej (efektywnej) promieniowania jonizującego, związanej z prowadzeniem działalności z promieniowaniem jonizującym w pracowni, przekraczającej:

1) 0,1 milisiwerta (mSv), w przypadku pracowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym,

2) 0,3 milisiwerta (mSv), w przypadku pozostałych pracowni

- z uwzględnieniem czasu narażenia tych osób, rodzaju prowadzonych w pracowni prac i rodzaju stosowanych osłon. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przewiduje wartość 0,1 milisiwerta w przypadku wszystkich pracowni; uznano, iż w przypadku pracowni, które są zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi wymaganie to jest zbyt rygorystyczne i nie ma uzasadnienia merytorycznego. Wartość 0,3 milisiwerta jest przyjęta w rozwiązaniach obowiązujących w innych państwach;

5) przepisu § 5 ust. 8 projektu rozporządzenia – w pkt 1 postanowiono, iż osoby biorące udział w pracach prowadzonych w pracowni należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej właściwe dla prowadzonych prac (uznając, że środki ochrony indywidualnej powinny stanowić wyposażenie pracownika, a nie, jak w dotychczasowym stanie prawnym, pracowni), natomiast w pkt 2 postanowiono, iż w przypadku prac wykonywanych w pracowni, które mogą prowadzić do przekroczenia ustalonego w zezwoleniu limitu użytkowego dawki osoby pracujące w pracowni należy wyposażyć w akustyczne indywidualne sygnalizatory promieniowania jonizującego; przepis ten ma na celu zwiększenie ochrony osób biorących udział w pracach prowadzonych w pracowni przed otrzymaniem nadmiernej dawki promieniowania jonizującego;

6) przepisu § 7 ust. 7 projektu rozporządzenia – zgodnie z którym przepisu § 7 ust. 3 projektu rozporządzenia nie stosuje się do pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, jeżeli w pomieszczeniu tym występuje także inny niż promieniowanie jonizujące szkodliwy dla zdrowia czynnik środowiska pracy. Przepis § 7 ust. 3 projektu rozporządzenia określa wysokość pomieszczenia weterynaryjnej pracowni

rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski. Przepis ten jako przepis szczególnie w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) ustala w tym zakresie łagodniejsze wymagania niż to rozporządzenie. Jest to uzasadnione tym, że wysokość pomieszczenia nie ma wpływu na poziom ochrony radiologicznej osób wykonujących pracę z aparatem rentgenowskim w pracowni weterynaryjnej. Jednakże z uwagi na fakt, iż w pracowni weterynaryjnej mogą występować także inne niż promieniowanie jonizujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy niezbędnym wydaje się wyłączenie stosowania w takim przypadku przepisu § 7 ust. 3 projektowanego rozporządzenia;

7) przepisu § 14 projektu rozporządzenia – postanowiono złagodzić wymagania odnośnie wyposażenia pracowni izotopowej klasy III w wyciągi radiochemiczne, uznając, iż powinny się znajdować w takiej pracowni, tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na rodzaj prowadzonych w pracowni prac oraz przededagowano dotychczasowe postanowienie dotyczące komunikacji w pracowni izotopowej klasy III, tak, żeby uczynić go bardziej czytelnym; ponadto postanowiono wprowadzić, gdy jest to konieczne ze względu na rodzaj prowadzonych prac, obowiązek wyposażenia pracowni w wyposażenie techniczne do oczyszczania odzieży ochronnej stosowanej w pracowni – to wymaganie jest istotne z punktu widzenia zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażeń promieniotwórczych;

8) przepisu 18 ust. 2 pkt 3 projektu rozporządzenia – wprowadzono obowiązek obecności inspektora ochrony radiologicznej w trakcie wykonywania wszystkich czynności związanych ze stosowaniem otwartych źródeł promieniotwórczych poza pracowniami; dotychczasowe sformułowanie o obowiązku nadzoru inspektora ochrony radiologicznej nad wykonywaniem czynności z otwartymi źródłami promieniotwórczymi poza pracowniami budził wątpliwości interpretacyjne co do konieczności obecności inspektora ochrony radiologicznej w miejscu wykonywania prac;

9) przepisu § 19 ust. 1 projektu rozporządzenia – w porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem rozszerzono zakres kontroli źródeł promieniotwórczych o sprawdzanie warunków stosowania i przechowywania źródeł promieniotwórczych; rozszerzenie zakresu kontroli źródeł promieniotwórczych jest konsekwencją transpozycji do prawa krajowego przepisu art. 6 pkt a i b dyrektywy 2003/122/Euratom;

10) przepisu § 19 ust. 4 projektu rozporządzenia - projektowany przepis nakłada obowiązek przeprowadzania kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych także po zdarzeniu radiacyjnym oraz innym incydencie mogącym mieć wpływ na szczelność źródła. Wprowadzenie powyższego obowiązku jest konsekwencją transpozycji do prawa krajowego przepisu art. 6 pkt d Dyrektywy Rady 2003/122/Euratom;

11) przepisu § 21 ust. 5 projektu rozporządzenia - projektowany przepis wprowadza obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji źródeł wysokoaktywnych przez jednostki organizacyjne wykonujące działalność z tymi źródłami. Przepis ma na celu transpozycję do prawa krajowego przepisu art. 5 ust. 1 Dyrektywy Rady 2003/122/Euratom. Wprowadza się w załączniku nr 11 wzór karty ewidencyjnej do prowadzenia ewidencji źródeł wysokoaktywnych;

12) przepisu § 22 ust. 6 projektu rozporządzenia – projektowany przepis nakłada na kierownika jednostki organizacyjnej kończącej działalność obowiązek przekazania Prezesowi

Państwowej Agencji Atomistyki kart ewidencyjnych źródeł promieniotwórczych, z którymi ta jednostka organizacyjna wykonywała działalność; przepis ma na celu zapewnienie dostępu do informacji o historii działalności z danym źródłem także po zakończeniu działalności przez jednostkę organizacyjną.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.). Przepisy § 9 – 12 projektowanego rozporządzenia zawierają przepisy techniczne w rozumieniu § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, jednakże z uwagi na fakt, iż przepisy te stanowią dokładne powtórzenie przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia – projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji. Projektowane rozporządzenie będzie podlegało notyfikacji, jeżeli na dalszych etapach prac nad nim zostaną wprowadzone zmiany do § 9 – 12 zawierających przepisy techniczne. Na dotychczasowych etapach prac nad projektem rozporządzenia nie wprowadzono do niego zmian uzasadniających notyfikację.

Projekt rozporządzenia podlega obowiązkowi przedstawienia, na podstawie art. 33 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktatu Euratom), do zaopiniowania Komisji Europejskiej. Przedmiotowy projekt rozporządzenia został przedstawiony Komisji Europejskiej na podstawie art. 33 Traktatu Euratom w dniu 18 kwietnia 2005 r. razem z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe. W dniu 30 sierpnia 2005 r. Komisja Europejska przedstawiła opinię uznającą projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe wraz z projektami aktów wykonawczych, w tym z projektem przedmiotowego rozporządzenia, za w pełni dokonujący transpozycji postanowień dyrektywy 2003/122/Euratom. W związku z powyższym wydaje się, iż ponowne przedstawienie przedmiotowego projektu do zaopiniowania Komisji Europejskiej na podstawie art. 33 Traktatu Euratom powinno nastąpić, jeżeli zostaną na dalszych etapach prac nad projektem wprowadzone zmiany do przepisów dokonujących wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2003/122/Euratom. Na dotychczasowych etapach prac nad projektem rozporządzenia nie wprowadzono do niego zmian uzasadniających ponowne przedstawienie projektu Komisji Europejskiej w celu zaopiniowania.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

dla projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

1. Podmioty, których dotyczy niniejsza regulacja

Projekt rozporządzenia dotyczy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego w pracowniach stosujących źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła lub stosujących urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące, a także jednostek organizacyjnych wykonujących poza pracowniami pracę z wyżej wymienionymi źródłami i urządzeniami. Przedmiotowy projekt rozporządzenia, z uwagi na zawarcie wymagań dotyczących kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych, dotyczy także jednostek organizacyjnych wykonujących inną niż ww. działalność ze źródłami promieniowania jonizującego objętą obowiązkiem kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych.

2. Konsultacje

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych został skierowany do następujących podmiotów:

- 1) Rada do Spraw Atomistyki – Komisja Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego oraz Komisja Medycznych Zastosowań Promieniowania Jonizującego,
- 2) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
- 3) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,
- 4) Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne,
- 5) Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej,
- 6) Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
- 7) Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej,
- 8) Polskie Towarzystwo Nukleonicy,
- 9) Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej,
- 10) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
- 11) Instytut Medycyny Pracy,
- 12) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
- 13) Konfederacja Pracodawców Polskich,
- 14) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
- 15) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
- 16) Business Center Club,
- 17) Związek Rzemiosła Polskiego,
- 18) Forum Związków Zawodowych,
- 19) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
- 20) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,
- 21) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,
- 22) Instytut Problemów Jądrowych,
- 23) Instytut Fizyki Jądrowej,
- 24) Instytut Energii Atomowej,
- 25) Państwowy Zakład Higieny,
- 26) Rada Krajowa Federacji Konsumentów.

Projekt został także umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska oraz Państwowej Agencji Atomistyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Agencji Atomistyki. Uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień społecznych oraz stanowisko Państwowej Agencji Atomistyki do zgłoszonych uwag są zawarte w załączonych do OSR tabelach. Poza wymienionymi w tabeli podmiotami, które zgłosiły uwagi oficjalnie, w trybie roboczym zgłosiły uwagi Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM oraz Komisja Medycznych Zastosowań Promieniowania Jonizującego Rady do Spraw Atomistyki. Uwagi te zostały częściowo uwzględnione w przedstawionym projekcie.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęcie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Przyjęcie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Przyjęcie projektu rozporządzenia z jednej strony wprowadza dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców będących jednostkami organizacyjnymi wykonującymi działalność ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, w szczególności w zakresie kontroli takich urządzeń i źródeł oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych, a drugiej strony łagodzi wymagania odnośnie lokalizacji pracowni (co pozwoli na zmniejszenie kosztów otwarcia pracowni).

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Przyjęcie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wskazanie źródeł finansowania

Projekt nie pociągnie za sobą dodatkowych wydatków poza istniejącymi w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, poza niewielkimi wydatkami związanymi z obowiązkiem prowadzenia bardziej szczegółowej niż do tej pory ewidencji źródeł wysokoaktywnych oraz rozszerzonej kontroli źródeł promieniotwórczych. Wydatki te poniosą jednostki organizacyjne prowadzące działalność z takimi źródłami. Ocenia się je na ok. 300 zł rocznie na jedną jednostkę organizacyjną. Dodatkowy wydatek to koszt wyposażenia pracownika, zgodnie z § 5 ust. 8 rozporządzenia, w akustyczny indywidualny sygnalizator promieniowania jonizującego. Koszt takiego sygnalizatora wynosi ok. 1000 zł. Warto jednakże zwrócić uwagę na to, iż wyposażenie pracownika w taki sygnalizator jest obowiązkowe w sytuacji, gdy prace prowadzone w pracowni mogą spowodować przekroczenie limitu użytkowego dawki ustalonego w zezwoleniu. Będzie to

sytuacja wyjątkowa, gdyż, co do zasady praca w pracowni powinna być tak zorganizowana, żeby limit użytkowy dawki nie został przekroczony.

8. Korzyści społeczne

W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem przedmiotowa regulacja zwiększa wymagania odnośnie kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych, co przyczyni się do podwyższenia poziomu ochrony radiologicznej społeczeństwa.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień społecznych oraz wewnątrzresortowych

Lp.	Podmiot zgłaszający uwagę	Oznaczenie przepisu którego dotyczy uwaga	Uwaga	Stanowisko PAA
1	Instytut Energii Atomowej	§ 1 pkt 1	Zawarte w tym przepisie określenie wskazuje, że rozporządzenie to powinno obejmować także obiekty jądrowe, pomieszczenia technologiczne zawierające instalacje ze źródłami promieniowania oraz specjalne urządzenia stosowane w przemyśle i badaniach naukowych takie jak generatory neutronów, iradiatory przemysłowe itp. –w dalszej części tego projektu nie ma regulacji prawnych tej tematyki	Zgodnie z upoważnieniem ustawowym rozporządzenie określa wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia; upoważnienie ustawowe nie zawiera delegacji do określenia wymagań dotyczących źródeł promieniotwórczych ani urządzeń zawierających takie źródła; obiekty jądrowe zostały osobno uregulowane w rozdziale 4 ustawy Prawo atomowe
2	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych	§ 2	Proponuje się dodanie definicji: zamkniętego źródła promieniotwórczego oraz źródła wysokoaktywnego	Uwagi nie uwzględniono. Definicje te są zawarte w art. 3 pkt 54a oraz pkt 58 ustawy Prawo atomowe
3	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	§ 2 pkt 3	Przyjęte kryterium podziału izotopów na grupy nie wystarczy dla celu klasyfikacji pracowni z otwartymi źródłami promieniowania. Branie pod uwagę jedynie efektywnej dawki obciążającej przy jednostkowym wniknięciu izotopu do organizmu byłoby wystarczające, gdyby pracownik celowo wdychał substancje promieniotwórcze	Uwagi nie uwzględniono. W rozporządzeniu przyjęto podział izotopów promieniotwórczych na grupy w zależności od skutecznej dawki obciążającej przy jednostkowym wniknięciu izotopu drogą oddechową, z następujących powodów:

			<p>cze, ale przecież nikt tego nie robi i o zagrożeniu w dużym stopniu decyduje prawdopodobieństwo tego wniknięcia. Podstawowym, obiektywnym, niezależnym od nas, elementem tego prawdopodobieństwa jest aktywność właściwa izotopu. Aktywność właściwa określa masę izotopu potrzebną do uzyskania jednostkowej aktywności, a przecież prawdopodobieństwo wniknięcia np. mikrograma jest bez porównania większe niż kilograma masy. Element subiektywny, rodzaj wykonywanej czynności, został właściwie uwzględniony w zał. 3 do Rozporządzenia. Oczywiście opracowanie właściwego podziału izotopów na grupy wymaga czasu i nakładu pracy. Jeżeli przy podziale izotopów jako kryterium zagrożenia zdrowia przyjmuje się ich radiotoksyczność, to należy brać pod uwagę, że aby to zagrożenie mogło w ogóle wystąpić to niebezpieczna aktywność substancji promieniotwórczej musi dostać się do wnętrza organizmu, a możliwość tego w znacznym stopniu zależy od aktywności właściwej izotopu.</p>	<p>1) z punktu widzenia zagrożeń występujących w pracowniach otwartych źródeł promieniotwórczych uznano, że jest to najlepszy wskaźnik do określania klasy tych pracowni, 2) skorzystano z najnowszych danych podanych w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej Nr 96/29/Euratom, 3) objęto podziałem ponad 700 izotopów promieniotwórczych przy niespełna 300 ujętych w normie ISO. Uwzględnienie aktywności właściwej izotopów nie wiele zmienia w tym podziale i jak słusznie zauważył autor uwagi, wymagałoby czasu i nakładu pracy, który byłby niewspółmierny do efektów. Ponadto musielibyśmy dysponować odpowiednimi danymi dla ponad 700 izotopów.</p>
4	Ministerstwo Środowiska	§ 2 pkt 4	Definicja jest zbyt lakoniczna, proponuje się rozszerzyć definicję.	<p>Uwagi nie uwzględniono. Definicji otwartego źródła promieniotwórczego nie można rozpatrywać w oderwaniu od definicji: źródła promieniotwórczego i zamkniętego źródła promieniotwórczego, określonych w ustawie. Natomiast specyfika i różnorodność źródeł otwartych nie pozwala na dokładniejszą definicję niż istniejąca.</p>
5	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	§ 2 pkt 7	Proponuję poprawkę redakcyjną: „7) pracownia, w zależności od kontekstu – pracownię ... akceleratorowa lub pracownię (prawdę mówiąc ta definicja w ogóle nie jest potrzebna)	<p>Uwagi nie uwzględniono. Przepis § 2 punkt 7 jest potrzebny, aby przy określaniu wymagań wspólnych dla wszystkich rodzajów pracowni, nie trzeba było ich wymieniać. Wprowadza on skrót, a nie definicję</p>

				właśnie po to, żeby ilekroć przepis dotyczy zarówno pracowni, rentgenowskich, akceleratorowych jak i izotopowych posługiwać się jednym terminem.
6	Ministerstwo Środowiska	§ 2 pkt 9	W związku z zawartą w § 2 pkt 9 definicją „pracowni izotopowej”, a także biorąc pod uwagę wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące poszczególnych klas pracowni stosujących źródła promieniotwórcze, o których mowa w rozdziale 2 projektu rozporządzenia, uzasadnione wydaje się sprecyzowanie definicji klas pracowni izotopowych (I, II, III).	Uwagi nie uwzględniono. Klasy pracowni izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi zostały dokładnie zdefiniowane w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
7	Instytut Energii Atomowej	§ 2 pkt 15	Definicja niezrozumiała i nieściśła („... po aktywacji lub inny materiał”).	Uwagi nie uwzględniono. Wyjściowy materiałem promieniotwórczym wykorzystywanym do produkcji źródeł promieniotwórczych może być materiał tarczowy po aktywacji - przemiana stabilnego jądra atomowego w jądro promieniotwórcze w wyniku pochłonięcia cząstki elementarnej, którą najczęściej jest neutron - np. w reaktorze lub inny materiał promieniotwórczy, np. materiał zawierający naturalny izotop promieniotwórczy.
8	Instytut Energii Atomowej	§ 3	We wstępie, po słowach „skażeń promieniotwórczych” proponujemy dodać „i przez określenie ograniczników dawki (wtórnych limitów dawek) oraz wtórnych limitów operacyjnych dla pracowni, a w szczególności przez:”.	Uwagi nie uwzględniono. Określenie ograniczników dawki jest zabiegiem czysto administracyjnym a nie środkiem, który ma bezpośredni wpływ na ograniczenie narażenia.
9	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Pro-	§ 3	Proponuje się po wyrazach „ograniczanie pola tego promieniowania” dodać w nawiasie wyrazy „(stosowanie osłon)”	Uwagi nie uwzględniono. Istnieją też inne niż tylko stosowanie osłon sposoby ograniczania pola promieniowania.

	mieniotwórczych			
10	Instytut Energii Atomowej	§ 5 ust. 2 pkt 6	Należy wyróżnić „kanalizację sanitarną” od „kanalizacji laboratoryjnej”.	Uwagi nie uwzględniono. Przepis § 5 ust. 2 pkt 6 dotyczy wyłącznie kanalizacji ogólnej (sanitarnej). Wymóg wprowadzenia kanalizacji specjalnej (laboratoryjnej) może powodować przepis § 14 ust. 1 punkt 7 lit. b.
11	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych	§ 5 ust. 7 pkt 3	Proponuje się przepisowi nadać brzmienie: „instrukcje pracy ze źródłami promieniowania jonizującego ustalające szczegółowe postępowanie w zakresie ochrony radiologicznej dla każdego rodzaju wykonywanych prac w tym postępowania z odpadami promieniotwórczymi”	Uwagę uwzględniono w zmienionej formie.
12	Instytut Energii Atomowej	§ 5 ust. 7 pkt 5	Proponuję zmienić treść na: „program monitoringu radiologicznego środowiska pracy”	Uwagi nie uwzględniono. Nie można zrezygnować z rejestru wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy jako składnika dokumentacji pracowni. Obowiązek prowadzenia takich pomiarów wynika z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo atomowe.
13	Instytut Energii Atomowej	§ 5 ust. 8	Wyrazy „wyposaża się” zmienić na „zaleca się wyposażyć”.	Uwagi nie uwzględniono. W sytuacji, gdy powstaje możliwość przekroczenia limitu użytkowego dawki ustalonego w zezwoleniu pracownik powinien być obowiązkowo wyposażony w akustyczny sygnalizator promieniowania.
14	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów promieniotwórczych	§ 9	Proponuje się w nawiasie kończącym sformułowanie podać „(5 µGy/h)”.	Uwagi nie uwzględniono. Uwzględnienie uwagi byłoby niezgodne z powszechnie przyjętą praktyką.

15	Instytut Fizyki Jądrowej	§ 10 ust. 1 pkt 3	Proponuje się przed wyrazami „kontroli kalibracji” wstawić wyraz „regularnej”.	Uwagi nie uwzględniono. Kontrola kalibracji nie musi być przeprowadzana regularnie.
16	Instytut Fizyki Jądrowej	§ 10 ust. 2 pkt 2	Proponuje się przed wyrazem „temperatury” wstawić wyraz „wysokiej”.	Uwagi nie uwzględniono. Należy zapewnić ochronę przed powstaniem temperatury mogącej spowodować niebezpieczeństwo.
17	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	§ 13 ust. 1	Proponuje treść ustępu uzupełnić jak następuje: „W zależności od aktywności stosowanych jednocześnie izotopów promieniotwórczych, rodzaju wykonywanych czynności oraz przynależności izotopów do grupy, pracownie izotopowe”.	Uwagi nie uwzględniono. Zaliczenie pracowni izotopowej z otwartymi źródłami promieniotwórczymi do danej klasy nie zależy od rodzaju wykonywanych czynności. Rodzaj wykonywanych czynności daje tylko możliwość zwiększenia lub ograniczenia stosowanej aktywności bez zmiany klasy pracowni.
18	Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej	§ 13 ust. 3	Przy określaniu klasy pracowni izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, w odniesieniu do izotopów stosowanych do leczenia paliatywnego przerzutów do kości, może być wykorzystana taka sama wartość współczynnika, podana w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jak dla diagnostyki lekarskiej.	Uwagi nie uwzględniono. Klasę pracowni izotopowej z otwartymi źródłami promieniotwórczymi określamy biorąc pod uwagę aktywność stosowanych jednocześnie w pracowni izotopów promieniotwórczych i ich przynależność do grupy izotopów. Aktywność ta może być zwiększona lub zmniejszona bez zmiany klasy pracowni, w zależności od rodzaju wykonywanych czynności z substancjami promieniotwórczymi a nie ze względu na cel stosowania źródeł, z jednym wyjątkiem. Dopuszczenie zwiększenia 100-krotnie aktywności stosowanych jednocześnie w pracowni izotopów promieniotwórczych przy diagnostyce lekarskiej, związane było z wprowadzeniem do stosowania generatorów

				<p>izotopów promieniotwórczych, które ze względu na znaczną aktywność izotopu macierzystego a nie aktywność izotopu podawanego diagnozowanym pacjentom, nie mogłyby być stosowane w pracowniach klasy III. Rozszerzenie powyższej zasady, także na aktywności izotopów podawanych pacjentom i stosowanych jedynie do leczenia paliatywnego przetrzutów kości, byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia ochrony radiologicznej oraz niesprawiedliwe w stosunku do innych terapeutycznych zastosowań izotopów promieniotwórczych i podważające sens podziału pracowni z otwartymi źródłami promieniotwórczymi na klasy.</p>
19	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	§ 13 ust. 3	<p>Zamknięte źródła promieniotwórcze powinny być w zasadzie stosowane (poza pracami w terenie) w pracowni klasy „Z” i nie należy ich stosować w pracowniach z otwartymi źródłami promieniowania. Argumenty PAA, na taką samą uwagę zwróconą w ubiegłym roku „że uniemożliwiłoby to kalibrację aparatury” nie jest przekonywujące, gdyż aparaturę należy kalibrować z reguły w pomieszczeniach o niskim tle promieniowania, a więc z dala od innych źródeł. Można by zrobić wyjątek dla przypadków sprawdzania aparatury pomiarowej zainstalowanej na stałe. To może być wyjątek ale nie reguła.</p>	<p>Uwagi nie uwzględniono. Zgadza się z tym, że zamknięte źródła promieniotwórcze powinny być <u>w zasadzie</u> stosowane w pracowni klasy Z. Jednak musimy stworzyć możliwość stosowania w jednym miejscu zarówno źródeł otwartych jak i zamkniętych. Z uwagi na zróżnicowany charakter zagrożeń w pracowni z otwartymi i zamkniętymi źródłami, a co za tym idzie ich zróżnicowane wyposażenie i wykończenie, łatwiejszym wydaje się dostosowanie pracowni z otwartymi źródłami do jednoczesnej pracy ze źródłami zamkniętymi, które nie zawsze są tylko źródłami kontrolnymi. Natomiast nie podejmujemy się zdefiniowania przypadków, w których stosowanie zamkniętych źródeł promienio-</p>

				twórczych w pracowniach z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, mogłoby być wyjątkiem i chyba nie ma takiej potrzeby.
20	Ministerstwo Środowiska	§ 14 ust. 1	Wśród zawartych wymagań dotyczących wyposażenia pracowni izotopowej III klasy proponuję dodać punkt w następującym brzmieniu „zapewnia się wyposażenie techniczne do oczyszczania mechanicznego odzieży ochronnej stosowanej w pracowni, uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się skażeń promieniotwórczych”. Praktyka stosowana w pracowniach izotopowych III klasy jest ich wyposażanie w urządzenia piorące odzież ochronną stosowaną podczas pracy w pracowni (np. fartuchy) w celu zachowania ochrony radiologicznej.	Uwagę uwzględniono.
21	Instytut Energii Atomowej	§ 14 ust. 1 pkt 7	na wstępie po słowach „zapewnia się” dodać „monitoring narażenia wewnętrznego oraz pomiar skażeń osobistych personelu o także:”	Uwagi nie uwzględniono. Proponowane wymaganie już obowiązuje na podstawie art. 17 oraz art. 26 pkt 2 ustawy Prawo atomowe oraz na podstawie § 1 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dla terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. Nr 138, poz. 1161). Natomiast sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia pracowników i osób z ogółu ludności określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005r. Nr 20 poz. 168).
22	Instytut Energii Atomowej	§ 15 pkt 4	dodać ppkt „d”: „zapewnienie kontroli stężenia radionuklidów w powietrzu uwalnianym do otoczenia i ocena tych wartości w odniesieniu do limitów użytkowych i	Uwagi nie uwzględniono. Proponowane wymaganie wynika z § 14 ust. 1 pkt 7 lit. a projektu rozporządzenia.

			operacyjnych podanych w zezwoleniu”	
23	Instytut Energii Atomowej	§ 18 ust. 2 pkt 1	dodać sformułowanie „zapewnić prowadzenie monitoringu indywidualnego personelu dla oceny narażenia zewnętrznego i wewnętrznego”	Uwagi nie uwzględniono. Obowiązek prowadzenia pomiarów dawek indywidualnych wynika z art. 17 ust. 3 i 4 ustawy Prawo atomowe.
24	Instytut Energii Atomowej	§ 18 ust. 2 pkt 3	zastąpić słowa „w obecności inspektora ochrony radiologicznej” przez „zgodnie z procedurą zatwierdzona przez inspektora ochrony radiologicznej”	Uwagi nie uwzględniono. W tym przepisie, ze względu na szczególne warunki stosowania otwartych źródeł promieniotwórczych poza pracownią oraz zwiększone zagrożenie, chodzi o fizyczną obecność inspektora ochrony radiologicznej przy wykonywaniu prac z tymi źródłami.
25	Instytut Energii Atomowej	§ 19 ust. 3	proponujemy po słowach „na bieżąco” dodać sformułowanie „W jednostkach tych obowiązuje ponadto program badań prototypów źródeł promieniotwórczych i projektów urządzeń stosujących źródła promieniowania, które winny być zatwierdzone przez Dozór Jądrowy, przed rozpoczęciem ich wdrażania”	Uwagi nie uwzględniono. Proponowane sformułowanie nie ma nic wspólnego z kontrolą źródeł promieniotwórczych, o której mowa w art. 43 ustawy Prawo atomowe. Dokumentacja związana z produkcją źródeł promieniotwórczych lub zawierających je urządzeń jest zatwierdzana przez Prezesa PAA przy wydawaniu zezwoleń na wytwarzanie źródeł promieniotwórczych lub produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze.
26	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	Uwaga ogólna	- w odnośnikach do Dyrektywy Rady Unii 2003/122/Euratom powtarza się ten sam błąd w tłumaczeniu angielskiego wyrazu „orphan source” jako odpad promieniotwórczy. Błąd ten wynika ze złego przetłumaczenia tytułu Dyrektywy w polskim wydaniu Dziennika Urz. UE. Błąd ten trzeba koniecznie poprawić. Nie jest to drobna nieścisłość, lecz poważ-	Uwagi nie uwzględniono. Uwaga jest merytorycznie zasadna, jednakże nie można posługiwać się innym tytułem dyrektywy niż uwidoczony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

			ny błąd, gdyż „orphan source” (źródło osierocone) w ustawowym tłumaczeniu to źródło niekontrolowane, a odpady promieniotwórcze mamy obowiązek kontrolować.	
27	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych	Uwaga ogólna	Proponuję dotychczasowy § 20 projektu rozporządzenia zamienić na § 22, a dotychczasowe § 21 i 22 projektu oznaczyć jako § 20 i 21.	Uwagi nie uwzględniono. Dotychczasowe § 19 i 20 projektu rozporządzenia dotyczą kontroli źródeł promieniowania jonizującego, a § 21 i 22 ewidencji źródeł promieniotwórczych.
28	Instytut Fizyki Jądrowej	Uwaga ogólna	Proponuję zdefiniować występujące w § 5 ust. 1, § 14 ust. 1 pkt 2b oraz § 16 ust. 1 projektu rozporządzenia pojęcie budynku zamieszkania zbiorowego.	Uwagi nie uwzględniono. Pojęcie to jest zdefiniowane w § 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień społecznych przez Państwowy Zakład Higieny

Oznaczenie przepisu którego dotyczy uwaga	Uwaga	Stanowisko PAA
§ 5 ust. 1	<ul style="list-style-type: none">- przepis tego § powinien być jednolity z treścią przepisu § 3 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie <i>szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi</i>, w którym nie uwzględniono wymogów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 omawianego projektu,- dawki 0,1 mSv oraz 0,3 mSv dotyczą osób przebywających poza <i>ścianami zewnętrznymi i stropami</i> całego obiektu (zespołu pomieszczeń wychodzących w skład pracowni). Projektant sam określi, wybierze i obliczy, jak dobrać osłonność i ścian wewnętrznych w pracowni i ścian zewnętrznych, aby spełnić wymagana osłonność całego obiektu. Dlatego Zakład proponuje usunięcie słowa „<i>zewnętrzne</i>”, gdyż dotyczy ono osłonności a nie miejsca przebywania osób, o których mowa w tym przepisie.	<p>Uwagi nie uwzględniono.</p> <p>Projektowane rozporządzenie nie dotyczy tych pracowni rentgenowskich, wymagania dla których są zawarte w przywołanym w uwadze projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p> <p>Proponowane ograniczenie dawek dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia stawia pod znakiem zapytania sens zapisu art. 9 ust. 2 ustawy Prawo atomowe i wyklucza prowadzenie w pracowni prac, w wyniku których dawki otrzymane przez pracowników będą na poziomie przewidzianym dla kategorii A. Eliminuje się w ten sposób tą kategorię pracowników. Jednocześnie, przy ograniczeniu narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia, proponuje się zwiększenie dawek dla osób z ogółu ludności przebywających w sąsiedztwie pracowni do 0,5 mSv/rok zakładając, że dana pracownia jest tylko jednym z dwóch możliwych źródeł narażenia dla tych osób.</p> <p>Zapis proponowanego ust. 2 jest sprzeczny z proponowanym zapisem punktu 3 w ust. 1.</p> <p>Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, na podstawie którego został opracowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia tzn. art. 46 ustawy Prawo atomowe w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy</p>

		z urządzeniami radiologicznymi określone są „dodatkowe wymagania techniczne dotyczące takich urządzeń i pracowni je stosujących nieokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia ma więc charakter uzupełniający do projektowanego rozporządzenia.
§ 5 pkt 4	zamiast <i>wskaznik natężenia prądu i napięcia</i> ” napisać <i>„wskaznik natężenia prądu i czasu ekspozycji lub wielkości mAs oraz napięcia”</i>	Wydaje się, że <u>uwaga ta dotyczy ust. 5 punkt 4 ale w § 11.</u> Natomiast przyjęcie proponowanych zapisów wykluczy możliwość stosowania starszych modeli aparatów rentgenowskich w diagnostyce weterynaryjnej.
§ 7 ust. 1 i ust. 2	przepisy te należy przeredagować usuwając z nich <i>„ograniczenie energii promieniowania do 300 keV”</i>	Nie można usunąć zapisów o: „energii promieniowania do/powyżej 300 keV”, gdyż jest to kluczowy parametr decydujący o wielkości powierzchni pracowni.
§ 7 ust. 5 pkt 1	czy w pozostałej grupie aparatów rentgenowskich, po wykluczeniu z niej weterynaryjnych, znajdują się aparaty wykorzystywane do krótkich ekspozycji impulsowych, np. niektóre defektoskopy? Jeśli tak, to dla takich aparatówłączenie sygnalizacji ostrzegawczej z podaniem wysokiego napięcia nie ma sensu. Sygnalizacja taka nie jest w stanie spełnić roli ostrzegawczej. Powinna być połączona z włączeniem aparatu do zasilania – sposób reakcji na takie ostrzeżenie jest oczywiście odmienny.	Zapis tego punktu nie mówi o: „łączeniu sygnalizacji ostrzegawczej z podaniem wysokiego napięcia” w sposób sztywny. Nie ma przeszkód, aby przy impulsowych ekspozycjach, sygnalizacja świetlna na wejściu do pracowni, informująca o włączeniu zasilania aparatu lub akceleratora, była włączana z pewnym wyprzedzeniem czasowym, automatycznie lub ręcznie. Natomiast nie ma sensu ostrzeżenie przed promieniowaniem wówczas gdy go nie ma, tak jak to jest proponowane.
§ 7 ust. 5 pkt 2	wymóg <i>„wykluczający możliwość podania pierwotnej wiązki promieniowania jonizującego na drzwi”</i> dla wszystkich rodzajów pracowni rentgenowskich (z wykluczeniem weterynaryjnych) – jest przesadą. Tym bardziej, że dla części z nich zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 2 konieczna jest blokada wyłączająca wysokie napięcie przy otwartych drzwiach. Wymóg	Kierowanie pierwotnej wiązki promieniowania na drzwi do pomieszczenia do napromieniania jest w każdym przypadku nieuzasadnione. Wykorzystywanie takich drzwi jako osłony przed promieniowaniem jest trudne i kosztowne. Z drugiej strony nie ma powodu aby budować dodatkowe osłony w przypadku gdy z innych przyczyn nie ma możliwości skiero-

	ust. 5 pkt 2 wymusza większa powierzchnie oraz generuje niepotrzebne koszty	wania pierwotnej wiązki na drzwi do pomieszczenia do napromieniania.
§ 11 ust. 1	nie określono ograniczenia mocy dawki promieniowania ubocznego dla aparatów weterynaryjnych. Są to aparaty przeznaczone do ekspozycji impulsowej, podobnie jak aparaty diagnostyczne stosowane w medycynie. Dla tych aparatów należy zamieścić taki sam wymóg, jak w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Zdrowia dodając w ust. 1 pkt 4 4) <i>dla aparatów weterynaryjnych moc dawki promieniowania ubocznego w odległości 1 m od ogniska, przy całkowicie przesłoniętym wylocie wiązki promieniowania oraz przy maksymalnym napięciu i maksymalnym obciążeniu lamp w czasie 1 godziny, nie przekracza 1,0 mGy/h</i> Uwaga: limit mocy dawki od promieniowania ubocznego odnosi się do prądu określonego jako „maksymalne obciążenie lampy w czasie 1 godziny”, obliczanego z wartości „mAs/h” podanej w „metryce” lampy. Nastawienie nieokreślonego dokładnie „maksymalnego obciążenia lampy” lub „najwyższych parametrów eksploatacji” może prowadzić do jej zniszczenia lub pomiaru nieodpowiedniej wielkości	Ograniczenie mocy dawki promieniowania ubocznego, o którym mowa w uwadze, określono w punkcie 2 ust. 1.
§ 12 ust. 1 pkt 2	przepis ten jest niezrozumiały (gdzie ma być sygnalizacja a gdzie ma być wiązka?)	Proponujemy zmianę redakcji przepisu.
Rozdział 3	w rozdziale tym, podobnie jak w § 4 rozdziału 1, należy wykluczyć aparaty stosowane do celów medycznych. Są to np. ambulanse rentgenowskie, a także przenośne aparaty rentgenowskie medyczne	Uwagi nie uwzględniono. Uwzględnienie proponowanej poprawki byłoby sprzeczne z upoważnieniem ustawowym. Poza tym w przedmiotowym rozdziale rozporządzenia, aparatów rtg stosowanych w celach medycznych może dotyczyć tylko przepis § 18 ust. 2 punkt 2, chociaż w praktyce jest to mało prawdopodobne.

Wstępna opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z dyrektywą 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 15, t. 7, str. 694).